

ANIOSYME DD1

1. INFORMATIONS SUR LE DISPOSITIF OU EQUIPEMENT

1.1 **Classe du DM** : IIb

1.2 **Descriptif du dispositif :**

Détergent pré-désinfectant de l'instrumentation.

Liquide limpide bleu parfumé à diluer : 25ml pour 5L.

Complexe tri-enzymatique : protéase, lipase, amylase, combiné à des surfactants.

Efficacité démontrée (PND*) * Pouvoir Nettoyant Dégraissant.

Formulé sans chlore : pas d'oxydation des matériaux.

Formulé sans aldéhyde : pas de fixation des protéines.

pH neutre : compatible avec les alliages d'aluminium.

Formulé sans chlorure (produit sur base de propionate d'ammonium) : effet anticorrosif vis-à-vis des matériaux.

Compatible avec les ultra-sons.

Propriétés microbiologiques :

Bactéries : EN 13727, EN 14561, SARM (EN 13727) : actif en 15 minutes.

Levures : EN 13624, EN 14562 : actif en 15 minutes.

Virus : Selon EN 14476 : BVDV (virus modèle HCV), PRV (virus modèle HBV), Herpesvirus, Vaccinia

virus : actif en 5 minutes.



1.3	Références catalogue :				
	UCD : unité de commande ; CDT : multiple de l'UCD ; QML : Quantité minimale de livraison				
	Référence	Descriptif	CDT	UCD	QML
	AN1200095	ANIOSYME DD1 flacon doseur 1 litre	1 unité	1 boîte	1 unité
	AN1200036	ANIOSYME DD1 bidon de 5 Litres	1 unité	1 boîte	1 unité

1.4	Composition du dispositif et accessoires : Propionate d'ammonium quaternaire, chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide, complexe enzymatique (protéase, lipase et amylase), surfactants, agents stabilisants, séquestrant, parfum, colorant. Présence de latex : Non Présence de phtalates : Non Présence de produits d'origine animale ou biologique : Non
1.5	Domaine – Indications : Nettoyage et désinfection de l'instrumentation médico-chirurgicale et du matériel d'endoscopie avant stérilisation. Nettoyage en bacs à ultrasons. Usage unique : Non

2. PROCEDES DE STERILISATION

	Dispositif médical stérile : Non Mode de stérilisation du dispositif : NA
--	--

3. CONDITIONS DE CONSERVATION ET DE STOCKAGE

	Conditions normales de conservation et de stockage : Stockage entre +5°C et +35°C. Précautions particulières : NA Durée de validité du produit : 3 ans à partir de la date de fabrication.
--	---

4. CONSEILS D'UTILISATION

4.1	Mode d'emploi : Retranscription des instructions d'utilisation du fabricant.
-----	---

	1. Préparation du bain : • Dilution à 0,5 % : Verser une dose de 25 ml pour 5 litres d'eau froide ou tiède. • Remplacer la solution dès que celle-ci est visiblement souillée et au minimum une fois par jour pour maintenir l'efficacité du produit. 2. Immerger complètement le dispositif médical. Temps de trempage conseillé : 15 min. Brosser si présence de souillures apparentes. 3. Rincer abondamment le dispositif médical à l'eau de réseau (de bonne qualité microbiologique) pour éliminer toute trace de produit et souillure organique. 4. Essuyer avec un champ propre. Passer à l'étape suivante (voir protocole interne à l'établissement).
4.2	Précautions d'emploi : Respecter les précautions contenues sur l'emballage.
4.3	Contre-indications : NA